



Accuject™ — for three-piece lenses —



medicel SWISS TECHNOLOGY FOR SURGERY

- Instructions for use
- Gebrauchsanweisung
- Mode d'emploi
- Istruzioni per l'uso
- Instrucciones de uso
- Kullanım Talimatları
- 使用说明书

MADE IN SWITZERLAND

Manufacturer:
MEDICEL AG
Dornierstrasse 11
9423 Altenrhein
SWITZERLAND

Tel. +41 71 727 10 50
Fax +41 71 727 10 55
info@medicel.com
www.medicel.com

ENGLISH

Medicel ACCUJECT™ Single-use Lens Injection System For injection of THREE-PIECE FOLDABLE LENSES

DESCRIPTION
With the ACCUJECT™ injection system the majority of all foldable, three-piece lenses with an optical diameter of 6.5 mill-

DEUTSCH

Medicel ACCUJECT™ Einweg Linsen Injektions-System zur Injektion von DREI-TEILIGEN FALTLENSEN

BESCHREIBUNG
Mit dem ACCUJECT™ Injektions-System können die Mehrheit aller faltbaren, drei-teiligen Acryl-Linsen mit optischem Durch-

FRANÇAIS

Medicel ACCUJECT™ Injecteur à usage unique pour l'injection de LENTILLES PLIABLES TROIS-PIÈCES

DESCRIPTION
Le système d'injection ACCUJECT™ permet d'injecter la plupart des lentilles pliables trois-pièces acryliques, dont

ITALIANO

Medicel ACCUJECT™ Sistema per l'iniezione di lenti monouso per l'iniezione di LENTI PIEGHEVOLI TRE PEZZI

DESCRIZIONE
Con il sistema di iniezione ACCUJECT™ è possibile iniettare la maggior parte delle lenti pieghevoli tre pezzi acriliche con

ESPAÑOL

Medicel ACCUJECT™ Sistema de inyección de lentes de un solo uso para la inyección de LENTES PLEGABLES DE TRES PIEZAS

DESCRIPCIÓN
Con el sistema de inyección ACCUJECT™ es posible inyectar la mayoría de las lentes plegables de tres piezas de acrílico

TÜRKÇE

Medicel ACCUJECT™ Tek Kullanımlık Lens Enjektör Sistemi ÜÇ PARÇALI KATLANILABİLİR LENSLERİN enjektörünü için

TANIMI
İlgili ACCUJECT™ Enjektör Sistemi ile lensin güvenli enjektörünün önceden lens üreticisi tarafından ISO

中文

Medicel ACCUJECT™ 一次性使用 人工晶体植入系统

用于三件式可折叠人工晶体的植入

产品简介
使用ACCUJECT™植入系统可以推进绝大多数光学直径 不超过6.5毫米的各种可折叠单件式丙烯酸酯晶，但前提是，

mers can be injected, provided that the safe injection of the lens using the particular ACCUJECT™ injection system was validated in advance on the part of the lens manufacturer according to ISO 11979. Contrary to traditional injection systems the ACCUJECT™ system has the cartridge integrated in the injector (Fig. 1).

APPLICATION
Folding and injection of three-piece foldable lenses in the capsular bag or sulcus after extra-capsular cataract extraction.

INSTRUCTIONS FOR USE
1. Open the blister in the sterile area and remove the sterile

messer bis 6.5 Millimeter injiziert werden, vorausgesetzt, die sichere Injektion der Linse durch das jeweilige ACCUJECT™ Injektions-System wurde vorab seitens des Linsenherstellers nach ISO 11979 validiert. Im Gegensatz zu traditionellen Injektions-Systemen ist die Kartusche beim ACCUJECT™ System bereits in den Injektor integriert (Fig. 1).

ANWENDUNG
Falten und Injektion von drei-teiligen Falllinsen in den Kapselsack oder den Sulcus nach extrakapsulärer Kataraktextraktion.

GERBRAUCHSANWEISUNG
1. Blister im sterilen Bereich öffnen und das sterile ACCUJECT™

le diamètre optique peut atteindre 6,5 millimètres, à condition toutefois que le fabricant de lentilles ait validé au préalable l'injection sécurisée de la lentille via le système d'injection ACCUJECT™ correspondant, conformément à la norme ISO 11979. Contrairement aux systèmes d'injection traditionnels, la cartouche du système ACCUJECT™ est déjà intégrée dans l'injecteur (Fig. 1).

APPLICAZIONE
Piage et injection de lentilles pliables trois-pièces dans le sac capsulaire ou dans le sulcus après une extraction extra-capsulaire de la cataracte.

diámetro ottico fino a 6,5 milímetros, a condizione che l'iniezione in sicurezza della lente mediante il sistema ACCUJECT™ sia stata preventivamente convalidata dal fabbricante della lente conformemente alla ISO 11979. Rispetto ai sistemi di iniezione tradizionali la cartuccia del sistema ACCUJECT™ è già integrata nell'iniettore (Fig. 1).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Asegúrese de que el embolo verde no es empujado previamente.

El sistema ACCUJECT™ posee una cámara de carga de gran tamaño. De esta manera las lentes se pueden cargar de manera rápida y precisa. Sujete el sistema ACCUJECT™ de manera que, con el dedo índice de la mano izquierda, pueda guiar la aleta posterior del cartucho. Abra la cámara de carga de forma que se pueda introducir la lente con facilidad (Fig. 2).

APLICAZIÓN
Plegado e inyección de lentes plegables de tres piezas en el saco capsular o en el sulcus, tras extracción extracapsular de cataratas.

ISTRUCCIONES DE USO
1. Abra el blister en la zona estéril y extraiga el kit de inyección

sterilizzato ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Asegúrese de que el embolo verde no es empujado previamente.

El sistema ACCUJECT™ posee una cámara de carga de gran tamaño. De esta manera las lentes se pueden cargar de manera rápida y precisa. Sujete el sistema ACCUJECT™ de manera que, con el dedo índice de la mano izquierda, pueda guiar la aleta posterior del cartucho. Abra la cámara de carga de forma que se pueda introducir la lente con facilidad (Fig. 2).

APLICACIÓN
Plegado e inyección de lentes plegables de tres piezas en el saco capsular o en el sulcus, tras extracción extracapsular de cataratas.

ISTRUCCIONES DE USO
1. Abra el blister en la zona estéril y extraiga el kit de inyección

sterilizzato ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter guidare con l'indice sinistro l'aletta posteriore della cartuccia. Aprire la camera di carico fino a che la lente può essere introdotta comodamente (Fig. 2).

USO
Pieglatura e iniezione di lenti pieghevoli a tre pezzi nel sacco capsulare o nel solco dopo estrazione extracapsulare della cataratta.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Aprire il blister in ambiente sterile e prelevare il set di iniezione

sterilizado ACCUJECT™. Assicurarsi che il startuffo verde non venga spinto precedentemente.

Il sistema ACCUJECT™ dispone di una camera di carico ampia che consente il caricamento rapido e preciso delle lenti. Impugnare il sistema ACCUJECT™ in modo da poter